



greiner bio-one

Certificado de Control de Calidad

Los Tubos son empacados con 50 piezas por bandeja y envueltos con plástico de polietileno. Las bandejas se empaacan en 24 piezas por caja. Cada caja contiene 1200 tubos.

Descripción del Producto	No. de Producto Greiner	Lote Número	Fecha de Fabricación	Vencimiento
VACUETTE® 3ml K3E EDTA K3	454217	B140835Y	08 - 2014	02 - 2016

Pruebas al Producto	Especificaciones	Resultados	Prueba Estándar / Método de Prueba
Estерilización	Estéril	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado	ISO 11137, EN 552 QMI 15.02, QMI 0905, TP 10.03.03-01
Intensidad del Vacío	De acuerdo con EN 14820	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado	EN 14820 / TP 10.01.02-XX, TP 10.01.03-XX
Inspección Visual <ul style="list-style-type: none"> - Pequeños golpes - Huecos, reventaduras, fracturas - contaminación - decoloración 	No	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado	TP 10.01.01-XX
Inspección física <ul style="list-style-type: none"> - Abultamiento en el plástico - Remanentes en la base - Filamentos en la base 	0.25 mm 0.50 mm 4.00 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado	TP 10.01.01-XX
Inspección Química <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de Aditivo - Concentración de Aditivo 	De acuerdo con EN 14820	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado	TP 10.01.02-XX, TP 10.01.03-XX TP 10.02.01-XX
Otros <ul style="list-style-type: none"> - Etiquetado Correcto - Posición de línea de llenado 	De acuerdo con EN 14820 Volumen Nominal	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado	TP 10.01.02-XX TP 10.01.03-XX

Los productos han sido fabricados bajo condiciones controladas de acuerdo con ISO 9001 y EN ISO 13485. Los productos estériles han sido sometidos a radiación e-beam de acuerdo con el Estándar internacional ISO 111737 "Esterilización de dispositivos médicos - Validación y control de rutina de la esterilización por radiación".

Los Tubos para Recolección Sanguinea VACUETTE® son comprobados de acuerdo con los procedimientos de control indicados en los siguientes estándares internacionales y cumple con las especificaciones requeridas:
EN 14820 "Contenedores de uso único para recolección de muestras venosas"
ISO 11137 "Esterilización de dispositivos médicos - Validación y control de rutina de la esterilización por radiación".

K. L. L. L.
Fecha de emisión



CG
On Behalf of
Carolyn Guthrie
Gerent de QA / QC

Greiner Bio-One North America, Inc.
4238 Capital Drive
Monroe, North Carolina 28110

Tel 704-261-7800
Fax 704-261-7899
office@gbo.com
www.gbo.com